

<b>1. ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΦΛΕΒΟΣ Νο 22 – 2.500 τεμάχια και Νο 20 – 500 τεμάχια</b>
--

<b>2. ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΦΛΕΒΟΣ Νο 20-500 τεμάχια</b>
--

ΥΛΙΚΟ: Να είναι ισοσυμβατό PTFE και να μην διαστέλλεται με την θερμοκρασία του σώματος. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ : θα είναι παραγωγής τελευταίου εξαμήνου προ της παραδόσεως με υπολειπόμενο χρόνο αποστείρωσης 41/2 έτη από της παραλαβής.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : να αποτελείται από επικυρωμένο χαρτί που δεν σχίζεται και πλαστική μεμβράνη για να διατηρούνται στο ακέραιο οι συνθήκες αποστείρωσης.ΤΕΧ ΧΑΡΑΚΤ. Να είναι κατασκευασμένοι βάση του ISO – standards και να φέρουν πιστοποίηση προπροδιαγραφών (CE-Mark). Να διαθέτει βαλβίδα μη παλινδρόμησης. Ο καθετήρας να έχει λεπτό τοίχωμα, διατηρώντας τη μεγαλύτερη ωφέλιμη εσωτερική διάμετρο για να μην αυξομειώνεται η ροή και να μην δημιουργείται μηχανικός ερεθισμός ή θρομβοφλεβίτιδα. Ο οδηγός – στυλεός να έχει πολύ καλή εφαρμογή με τον καθετήρα, ώστε να αποφεύγεται η συρρίκνωσή του, καθώς επίσης να επιτυγχάνεται η άμεση φλεβοκέντηση. Να εξασφαλίζει την δυνατότητα άμεσου οπτικού ελέγχου της παλινδρόμησης του αίματος, επιβεβαιώνοντας επιτυχή φλεβοκέντηση. Ο καθετήρας να μπορεί να παραμένει στον ασθενή τουλάχιστον 48 ώρες, χωρίς να χρειάζεται αλλαγή (μείωση κόστους).Το καπάκι (πώμα) της βαλβίδας απαιτείται να έχει εγκοπή Luer Lock για ασφαλέστερη χορήγηση φαρμάκων. Πτερύγια στήριξης.

<b>3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΟΥ ΑΠΛΑ 2.000 τεμ.</b>
--

Τεχνικές προδιαγραφές ΕΚΑΠΥ

<b>4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ 1000 τεμ.</b>
---

Τεχνικές προδιαγραφές ΕΚΑΠΥ